

Datum
2016-01-27Dnr
2016-178Sdf Norr
Kostenheten

Inspektionsdatum 2016-01-25

Anläggning Skogsstjärnans Förskola

Plats Gamla Kyrkvägen 20

Fastighetsbeteckning Fristads prästgård 1:100

Närvarande , Miljöförvaltningen
, Skogsstjärnans Förskola

Ärende Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades föregående brister, termometrar och temperaturer.

Omdöme

Vid inspektionen bedömdes att verksamheten har kontroll över temperaturer, sköter temperaturtagningar och rengöring av instickgivare.

Avsvalningskyl och kylskåp visade för hög temperatur jämfört med displayen, det skilde ca 4°C. Verksamheten flyttade över livsmedlen som låg där till kylrummet.

Kalibrering av termometrar gjordes inte. En kalibrering eller funktionskontroll bör göras minst en gång per år. Test kan göras mot kokande vatten +100°C och isvatten +-0°C.

Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.

Följande brist noterades:

- Termometern fungerade inte tillfredställande, batteriet behövde bytas ut.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Miljöförvaltningen

Datum
2016-01-27

Dnr
2016-178

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.